



Februar 2011

Til rekvirenter som benytter analysen S-Erythropoietin (EPO) på Unilabs a.s.

Vi gør opmærksom på, at der pr. 11. februar 2011 skiftes reagenser på analysen for bestemmelse af EPO. I den forbindelse er der en lavere bias på ca. 18 % på resultaterne ved brug af det nye EPO kit sammenlignet med det gamle EPO kit. Det har ingen indflydelse på referenceintervallet.

På analysesvarene vil der i de kommende 3 mdr. være påført flg. kommentar:

Obs. Ny standardisering iflg. leverandør.

Ved spørgsmål angående dette bedes I venligst henvende jer til Unilabs telefon 33 74 30 00.

Med venlig hilsen
Unilabs a.s.
Kundeservice